

A2.9.1 Histoire courte: Protocole d'endodontie pour l'assistante

A2.9.1 Korte geschiedenis: Endodontieprotocol voor de assistent

» <https://blogs.edutal.eu/nl/frans/kortverhalen/protocole-endodontie>

Les étapes principales que l'assistante doit préparer et suivre lors d'un traitement endodontique (dévitalisation / traitement de canal).

Anesthésie prête et digne en place.

Aspiration prête.

La turbine est montée avec une fraise ronde diamantée.

La fraise ENDO-Z est prête pour élargir sans toucher le plancher de la chambre.

Les limes manuelles 08-10 et la règle endodontique sont prêtes.

La seringue avec de l'hypochlorite et l'aiguille latérale est préparée.

Le localisateur d'apex est connecté et vérifié.

Le capteur est prêt pour la radiographie périapicale.

Le moteur d'endodontie et les limes rotatives du système habituel sont prêts.

Refaire la seringue avec de l'hypochlorite.

Les pointes de papier au bon calibre et à la bonne longueur sont prêtes.

Les cônes de gutta-percha correspondants sont prêts (par exemple : 2 rouges et 1 bleu, 21 mm pour 3 canaux).

Mélanger le ciment endodontique et préparer un Lentulo.

Les condenseurs/pluggeurs et la source de chaleur pour couper les excès sont prêts.

Le matériel provisoire étanche (IRM/Cavit) et le coton sont prêts.

De belangrijkste stappen die de assistente moet voorbereiden en volgen tijdens een endodontische behandeling (devitalisatie / wortelkanaalbehandeling).

Verdoving klaar en koffertje op zijn plaats.

Aspiratie klaar.

De turbine is gemonteerd met een diamantboren bolvormig.

De ENDO-Z boor is klaar om te vergroten zonder de vloer van de kamer te raken.

De manuele vijlen 08-10 en de endometrische liniaal zijn klaar.

De spuit met hypochloriet en de laterale naald zijn voorbereid.

De apex locator is aangesloten en gecontroleerd.

De sensor is klaar voor de periapicale röntgenfoto.

De endodontische motor en de roterende vijlen van het gebruikelijke systeem zijn klaar.

Maak de spuit met hypochloriet opnieuw klaar.

De papieren punten van de juiste kaliber en juiste lengte zijn klaar.

De bijpassende gutta-percha kegels zijn klaar (bijvoorbeeld: 2 rode en 1 blauwe, 21 mm voor 3 kanalen).

Het endodontische cement mengen en een Lentulo voorbereiden.

De condensors/plugger en de warmtebron om de overtollige stukken af te knippen zijn klaar.

Het tijdelijke vochtbestendige materiaal (IRM/Cavit) en het watten zijn klaar.

A2.9.1 Protocole d'endodontie pour l'assistante

A2.9.1 Endodontieprotocol voor de assistente

 <https://blogs.edutal.eu/nl/frans/kortverhalen/protocole-endodontie>



Exercice 1:

Bingo des mots

Instruction: 1. Écoutez au minimum deux fois la vidéo et indiquez les mots que vous entendez. 2. Utilisez les mots pour former une conversation avec votre professeur (écrivez votre conversation). 3. Mémorisez les mots avec le formateur de mots.

Woord

Cette carie a attaqué
une molaire

Vertaling

Deze cariës heeft een kies
aangetast

Woord

Vertaling

Jusqu'au nerf

Tot aan de zenuw

L'émail

Het glazuur

La dentine

Het dentine

La profondeur des
canaux

De diepte van de kanalen

Un instrument anisé

Een gekarteld instrument

La gutta

De guttapercha

Une restauration en
composite

Een composietrestauratie

Polymérisation

Polymerisatie

Woord

Polissage

Vertaling

Polijsten

A2.9.1 Protocole d'endodontie pour l'assistante

A2.9.1 Endodontieprotocol voor de assistente

 <https://blogs.edutal.eu/nl/frans/kortverhalen/protocole-endodontie>



Exercice 2:

Texte

Instruction: 1. Lisez le texte en binômes. 2. Mémorisez les phrases en couvrant la traduction.

Anesthésie prête et digne en place. *(Verdoving klaar en koffertje op zijn plaats.)*

Aspiration prête. *(Aspiratie klaar.)*

La turbine est montée avec une fraise *(De turbine is gemonteerd met*
ronde diamantée. *een diamantboren bolvormig.)*

La fraise ENDO-Z est prête pour *(De ENDO-Z boor is klaar om te*
élargir sans toucher le plancher de la *vergroten zonder de vloer van de*
chambre. *kamer te raken.)*

Les limes manuelles 08–10 et la règle endodontique sont prêtes. *(De manuele vijlen 08–10 en de endometrische liniaal zijn klaar.)*

La seringue avec de l'hypochlorite et l'aiguille latérale est préparée. *(De spuit met hypochloriet en de laterale naald zijn voorbereid.)*

Le localisateur d'apex est connecté et vérifié. *(De apex locator is aangesloten en gecontroleerd.)*

Le capteur est prêt pour la radiographie périapicale. *(De sensor is klaar voor de periapicale röntgenfoto.)*

Le moteur d'endodontie et les limes rotatives du système habituel sont prêts. *(De endodontische motor en de roterende vijlen van het gebruikelijke systeem zijn klaar.)*

Refaire la seringue avec de l'hypochlorite. *(Maak de spuit met hypochloriet opnieuw klaar.)*

Les pointes de papier au bon calibre et à la bonne longueur sont prêtes. *(De papieren punten van de juiste kaliber en juiste lengte zijn klaar.)*

Les cônes de gutta-percha correspondants sont prêts (par exemple : 2 rouges et 1 bleu, 21 mm pour 3 canaux).	<i>(De bijpassende gutta-percha kegels zijn klaar (bijvoorbeeld: 2 rode en 1 blauwe, 21 mm voor 3 kanalen).)</i>
Mélanger le ciment endodontique et préparer un Lentulo.	<i>(Het endodontische cement mengen en een Lentulo voorbereiden.)</i>
Les condenseurs/pluggeurs et la source de chaleur pour couper les excès sont prêts.	<i>(De condensors/plugger en de warmtebron om de overtollige stukken af te knippen zijn klaar.)</i>
Le matériel provisoire étanche (IRM/Cavit) et le coton sont prêts.	<i>(Het tijdelijke vochtbestendige materiaal (IRM/Cavit) en het watten zijn klaar.)</i>

A2.9.1 Protocole d'endodontie pour l'assistante

A2.9.1 Endodontieprotocol voor de assistente

 <https://blogs.edutal.eu/nl/frans/kortverhalen/protocole-endodontie>



Exercice 3:

Questions sur le texte

Instruction: Lisez le texte ci-dessus et choisissez la bonne réponse.

1. Quel matériel est prêt au début du protocole pour assurer une bonne aspiration ?

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| a. Les cônes de gutta-percha | b. Le |
| localisateur d'apex | c. La digue et |
| l'aspiration | d. La fraise ronde |
| diamantée | |

2. Quel instrument utilise-t-on pour élargir sans toucher le plancher caméral ?

- a. Le localisateur d'apex
- b. La fraise ENDO-Z
- c. La lime manuelle 08-10
- d. Le moteur d'endodontie

3. Que faut-il préparer pour la radiographie périapicale ?

- a. Les pointes de papier
- b. Le capteur
- c. Le ciment endodontique
- d. Les cônes de gutta-percha

4. Dans ce protocole, à quoi sert la seringue avec hypochlorite à aiguille latérale ?

- a. À l'irrigation pour désinfecter
- b. À couper les excédents de gutta-percha
- c. À mesurer la longueur de travail
- d. À condenser le ciment endodontique

Tandheelkunde.9 Endodontics / Endodontics
Module 2 Basic dental treatments / Basic dental treatments

Oplossingen:

1. La dique et l'aspiration 2. La fraise ENDO-Z 3. Le capteur 4. À l'irrigation pour désinfecter

A2.9.1 Protocole d'endodontie pour l'assistante

A2.9.1 Endodontieprotocol voor de assistente

 <https://blogs.edutal.eu/nl/frans/kortverhalen/protocole-endodontie>



Exercise 4:

Questions pour commencer

la conversation

Instruction: Discutez des questions suivantes avec votre professeur en utilisant le vocabulaire de cette leçon, et notez vos réponses.

1. Quels sont les instruments les plus importants pour assurer une bonne désinfection pendant le traitement ?

.....

2. Comment expliquez-vous au patient l'importance de la digue pendant une endodontie ?

3. Quelles sont les étapes principales pour mesurer la longueur de travail avec le localisateur d'apex ?

.....

4. Quels conseils donneriez-vous au patient après une obturation à la gutta-percha ?

.....

